

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号: 粤械注准20172630013

注册人名称	深圳市速航科技发展有限公司
注册人住所	深圳市南山区沙河世纪假日广场B座314号
生产地址	深圳市光明新区公明办事处将石社区石围大田洋工业区C区A栋6-7楼
产品名称	正畸弹簧
型号、规格	拉伸弹簧(拉簧): 0.008in × 6mm、0.008in × 9mm、0.008in × 12mm、0.008in × 15mm、0.010in × 4mm、0.010in × 6mm、0.010in × 9mm、0.010in × 12mm、0.010in × 15mm、0.012in × 4mm、0.012in × 6mm、0.012in × 9mm、0.012in × 12mm、0.012in × 15mm、0.014in × 6mm、0.014in × 9mm、0.014in × 12mm、0.014in × 15mm 压缩弹簧(推簧): 0.008in、0.010in、0.012in、0.014in
结构及组成	由镍钛合金经定型、表面处理制成。
适用范围	一般需要与其他正畸产品配套, 供口腔正畸用。
附件	产品技术要求。
其他内容	无
备注	



审批部门: 广东省食品药品监督管理局

批准日期: 2017年07月01日
有效期至: 2022年07月01日

中华人民共和国 医疗器械注册变更文件

注册证编号: 粤械注准20172630013

产品名称	正畸弹簧
变更内容	1、生产地址由“深圳市光明新区公明办事处将石社区石围大田洋工业区C区A栋6-7楼”变更为“深圳市光明新区公明街道将石社区石围大田洋工业区C区A栋5-8楼”。
备注	本文件与“粤械注准20172630013”注册证共同使用。



审批部门: 广东省食品药品监督管理局

批准日期: 2017年07月20日