



牙用输送器产品说明书

NIC[®]

【产品名称】牙用输送器

【规格】25、30、35、40

【备案凭证编号】粤深械备20160203号

【产品技术要求编号】粤深械备20160203号

【生产备案凭证编号】粤深食药监械生产备20150009号

【产品结构、性能】产品由工作部和手柄构成。工作部和手柄采用医用不锈钢材料制成。产品的工作部具有良好的弹性、柔韧性和耐腐蚀性，可满足各种复杂根管治疗时的药物输送和材料填充。手柄可经受各类消毒溶剂的浸泡或145℃的高温灭菌处理。

【适用范围】该产品属口腔科治疗用医疗器械，适用于各种牙髓炎、牙髓坏死等常规根管治疗时药物输送和填充材料时使用，用于将充填材料送至目标位置。

【禁忌症】无

【注意事项】

1. 此产品必须是受过正规根管治疗训练的牙科医生使用；
2. 产品在出厂时未进行灭菌处理，新产品在拆除包装后必须经灭菌后方可使用；
3. 灭菌方式可以采取消毒溶剂浸泡或高温高压蒸汽灭菌；
4. 如采取高温灭菌，加热温度不得高于145℃，否则会导致色环退色；
5. 对于非灭菌包装的器械可以有限的重复使用一定的次数，一般不宜超过10次，每一次使用前应对器械进行检查，如发现工作部出现疲劳损坏不能正常使用时，应停止消毒使用；
6. 使用后的该产品应按医疗垃圾处理。

【运输与贮存】产品的运输以不破坏包装为准，禁止受压；室温贮存。

【生产日期和有效期】产品自生产日起，在遵守贮存的条件下有效期为5年。

【包装】透明塑料盒包装，每盒4支，有单装和混装两种形式。

【产品所用的图形、图号、缩写等内容的解释】

NIC[®]：产品注册商标；**CE0197**：CE认证标识。

【说明书编制日期】2016年5月4日

【生产企业/售后服务单位】深圳市速航科技发展有限公司

【注册地址】深圳市南山区沙河世纪假日广场B座314号

【生产地址】深圳市光明新区公明办事处将石社区石围大田洋工业区C区A栋6-7楼

邮政编码：518053

电话号码：0755-26016056, 26756280

传真号码：0755-26016026

网 址：www.supline.com

如有问题可与生产企业直接联系